


ネオレクタルプローブ



特長

シリンジを接続し、空気や造影剤等を注入することにより、手術中における直腸損傷の有無を確認できる

エアリークテストが可能な直腸プローブ



ウェットラボにおけるエアリークテスト陽性例

製品コード	製品名	先端径
EP291	ネオレクタルプローブ	Φ29
EP292	ネオレクタルプローブ	Φ32

医療機器届出番号 : 12B2X00014000050

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

2024. 5

〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-22-5

TEL 047-710-3692

URL <https://www.hope-denshi.co.jp>